Cámara de Bürker para conteo de espermatozoides

Referencia: IA1027



Uso	Cámara de conteo para la evaluación del semen porcino en el laboratorio.
Modo de uso	Levantar las pinzas, colocar el cubre cámara (IA1015) sobre las cuadrículas, presionar y sujetar con las pinzas; cargar el semen diluido por capilaridad desde el borde y contar los espermatozoides al microscopio.
Función	Permite calcular la concentración espermática y cuántas dosis rinde el eyaculado, y determinar el porcentaje de espermatozoides útiles y con anomalías como gota citoplasmática proximal y distal, colas en látigo y colas desprendidas de la cabeza, entre otras.
Especificaciones	Doble cuadrícula; profundidad 0,100 mm; área del cuadro pequeño 0,0025 mm^2; marcado CE
Material	Vidrio óptico; pinzas en acero inoxidable
Presentación	Unidad
País de origen	Alemania

Precio: consúltalo por 322 886 7953

Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA