Baño serológico María digital HH2

Referencia: IA1222



Uso	Mantener a temperatura constante el semen recolectado y el diluyente durante su procesamiento en el laboratorio.
Modo de uso	Llenar con agua, encender y programar la temperatura en 37 °C; al terminar la recolección en el termo (IA1022 / IA1023 / IA1023A), retirar el filtro (IA1020) y la bandita elástica (IA1025), y pasar el vaso con el semen (IA1024) al baño María hasta su evaluación y dilución.
Se usa con	Termómetros digitales de punzón (IA1156 o IA1157), para comprobar que el agua esté a 37 °C
Capacidad	6 litros
Características	Control digital de temperatura; 2 puestos
Material	Cubeta en acero inoxidable
Presentación	Unidad
País de origen	China

Precio: consúltalo por 322 886 7953

Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA