Placa calentable digital para microscopio

Referencia: IA1234



Uso	Calentar la platina del microscopio para observar el semen a 37 °C, la temperatura del cuerpo, y evaluar bien la motilidad de los espermatozoides.
Modo de uso	Poner la placa sobre la platina del microscopio, con el hueco sobre el lente de luz, y conectarla a la caja de control. Encender con el interruptor ON/OFF y programar la temperatura en la pantalla digital (37 °C). Cuando la placa esté caliente, colocar encima la lámina con la muestra.
Características	Placa de acero inoxidable con hueco para el paso de la luz, cable de conexión y caja de control con pantalla digital de temperatura e interruptor de encendido.
Se usa con	Microscopio (IA1231)
Presentación	Caja de control y placa calentable
País de origen	China


Precio: consúltalo por 322 886 7953

Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA

Así se usa y medidas

Placa	9,5 × 6 cm
Caja de control	16,5 × 12,5 cm y 7,5 cm de alto





Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA